

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
- 1.2. Gwarancja 12 miesięcy od dostawy do zakładu zamawiającego.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

- 2.1. Gazy wzorcowe przeznaczone są do stacji testującej i kalibrującej DRÄGER-BUMT TEST (zadanie 1-4, 6) oraz DRÄGER X-doc (zadanie 5, 7).
- 2.2. Forma dostaw: butle jednorazowe wg opisu w poszczególnych pozycjach.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.

- 3.1. Karta katalogowa produktu lub karta charakterystyki produktu.
- 3.2. Oświadczenie wykonawcy, iż oferuje oryginalny gaz wzorcowy produkcji Dräger w butli jednorazowej, będący przedmiotem zamówienia określonym w danym zadaniu.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.

- 4.1. Dokumenty wymienione w pkt. 3. Specyfikacji technicznej.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia.

- 5.1. Dokument potwierdzający skład zawartości butli.
- 5.2. Dokument gwarancji określający warunki i okres gwarancji wg pkt. 1.2. niniejszej Specyfikacji.

6. Tłumaczenie dokumentów.

- 6.1. Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.